

หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว

Single - use hygienic face masks

เลขที่ มอก. : 2424 - 25xx

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวที่ใช้ป้องกันอนุภาค ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยกำหนดบทนิยาม ประเภท วัสดุและการทำ คุณสมบัติที่ตรงตาม ใต้แก่ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังกำหนดการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ

ระดับการป้องกัน :	ระดับที่ 1 ใช้งานระดับทั่วไป	ระดับที่ 2 ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป	ระดับที่ 3 ใช้งานด้านการแพทย์ในทางศัลยกรรม
-------------------	------------------------------	-------------------------------------	--

รายการทดสอบ :

[1] คุณสมบัติที่ต้องการ

คุณลักษณะ	วิธีการทดสอบ
1. ลักษณะทั่วไป	การตรวจพินิจ
2. สมบัติการใช้งาน	การตรวจพินิจ
3. สายผูกรอบศีรษะ - ความยาว - ความทนแรงดึงและการยึดแน่น	เครื่องวัดที่เหมาะสม
	ตุ้มน้ำหนัก (ขนาด 1.2 kg)
4. สายคล้องหูหรือสายรัดศีรษะ	การตรวจพินิจ
5. แถบปรับกระชับดั้งจมูก	การตรวจพินิจ

[2] คุณสมบัติทางฟิสิกส์

คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด			วิธีการทดสอบ	หมายเหตุ
		ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3		
1. ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98	ASTM F 2100	รายการส่ง Sub. (Taiwan)
2. ความแตกต่างของความดัน (ΔP)	mmH ₂ O/cm ²	< 4.0	< 5.0	< 5.0	MIL-M-36954C	
3. ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 μm	%	≥ 95	≥ 98	≥ 98	ASTM F 2299	
4. ความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด	mmHg	80	120	160	ASTM F1862	
5. การลามไฟ		Class 1			16 CFR Part 1610	-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110